



中 华 人 民 共 和 国

计 量 器 具 型 式 批 准 证 书

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，

以及 痕量氧分析仪定型鉴定大纲 (检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称) 的要求，

对 美国 TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS 公司 (制造厂的国别和名称)

申请型式批准的 痕量氧分析仪 3000 系列 (3000PA,3000PB,3000TA,3000TA-XL, 3000TB,UltraTrace3000,3010PA,3010PAC,3010PB,3010PBC,3010TA, 3010TAC,3010TB,3010TBC,3020M,3020P,3020T,3060E,3060,3190 型) (计量器具的名称、类别和型号)

经定型审查合格，确认其技术指标为：

测量范围：0 - 10，0 - 100，0 - 1000，±1% ~ ±5%

单 位：1 × 10⁻⁶mol/mol

现予批准，并可使用以下标志和批准的编号：



2000-C208

批准人签名：

王以铭

批准时的附件：

1. 定型鉴定结果通知书；
2. 定型鉴定大纲；
3. 国家质量监督检验检疫总局公告

批准日期

批准部门盖章

